
KomUdbud, udbud af Genbrugshjælpemidler - d

Vejledning til udfyldte skemaer:

Denne vejledning er en guide til hvordan du skal som tilbudsgiver skal udfylde de forskellige far

Når du kigger i de forskellige faner, så er der nogle skemaer der skal udfyldes med de nødvendig
hvad de forskellige ting betyder og hvordan du skal udfylde fanerne.

Generelle instruktioner



- Tilbudsgiver skal udfylde de relevante celler i alle fanerne i dette dokument. de relevante celle
- Tilbudsgivers tilbud skal afspejle de krav og retningslinier mv., som er beskrevet i udbudsmate
- Tilbudsgiver må ikke ændre i opsætning, formatering eller layout mv. i de forskellige faner, D
Udbyder (i celler med blå eller grå farvemarkering) ikke må redigeres.

Den udfyldte Tilbudsbesvarelse skal uploades elektronisk via Mercell som excelark

1. Specifikke instruktioner vedrørende fanen "Kontaktinfo"

I denne fane udfylder tilbudsgiver kontakt informationer i de gule felter i skemaet så udbudskon








Cellefarves betydning:

-  Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og MÅ IKKE ÆNDRES
-  Celler med denne farve SKAL UDFYLDES af tilbudsgiver med de korrekte informati

2. Specifikke instruktioner vedrørende fanen "2. Kravspec -

Kravspecifikation Delaftale 1 - Tilbudsgiver skal aktivt dokumentere, at alle produktspecifikke
Tilbudsgiver skal aktivt dokumentere, at Bilag 1 Rammeaftale, Bilag D Databehandleraftale sam
VIGTIGT: Tilbuddet vil blive afvist, hvis der ikke fremgår tydeligt at kontraktudkast, databeh

Cellefarvens betydning:

-  Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og MÅ IKKE ÆNDRES
-  Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og MÅ IKKE ÆNDRES
-  Celler med denne farve indeholder information og beskrivelse af krav og MÅ IKKE A
-  Celler med denne farve SKAL UDFYLDES af tilbudsgiver ved afkrydsning og MÅ I
-  Celler med denne farve SKAL UDFYLDES af tilbudsgiver ved afkrydsning og MÅ I
-  Celler med denne farve indeholder oplysninger om vareprøver til afprøvning og MÅ I
-  Celler med denne farve indikerer, at der ikke skal udfyldes svar for kravet

3. Specifikke instruktioner vedrørende fanen "3. Tilbudsliste"







Tilbudsgivers tilbudsbesvarelse består i at tilbyde nettopriser på udvalgte produkter, som efterspørges af kommunen.

Budlinjerne afspejler Ordregivers købte produkter indenfor den udbudte varegruppe.

Tilbudsgiver skal afgive tilbudspriser på samtlige budlinjer. Hvert tilbudte produkt skal opfylde kravene til tilbudspriserne.

Det er især vigtigt at være opmærksom på enhedsangivelsen, som kommunen har specificeret på budlinjerne (for at undgå automatiske beregninger af enhedspriser), at tilbudsgiver angiver indholdet pr. pakning i netop således som angivet.

Cellerens betydning:

	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og MÅ IKKE ÆNDRES af tilbudsgiver.
	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og MÅ IKKE ÆNDRES af tilbudsgiver.
	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og MÅ IKKE ÆNDRES af tilbudsgiver.
	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og MÅ IKKE ÆNDRES af tilbudsgiver.
	Celler med denne farve indeholder eksempler, beregninger, information samt specifikke instruktioner.
	Celler med denne farve SKAL UDFYLDES af tilbudsgiver med FULD BESVARELSE af tilbudspriserne for alle produkter, som er valgfri eller til angivelse af flere varenumre for at opfylde kravene til tilbudspriserne.

Det er vigtigt, at tilbudsgiver afgiver grundig besvarelse af tilbudspriserne. Hver tilbudsgiver vil blive vurderet ud fra tilbudspriserne i forbindelse med tildelingskriteriet. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at der ikke afgives fejlagtige tilbudspriser.

elaftale 4 - sejl

ner korrekt.

ge informationer for at vi kan behandle tilbu

er fremhævet med farver jævnfør de speci

erialet, der er fremsendt sammen med dette

vs. der må eksempelvis ikke tilføjes eller fj

sulenten ved hvem de skal kontakte hvis de

af tilbudsgiver.

ioner.

Delaftale X "

mindstekrav (MK) er opfyldt ved at sætte k
it alle mindstekrav accepteres. Manglende c
anderaftale samt samtlige mindstekrav er

af tilbudsgiver.

af tilbudsgiver.

ÆNDRES af tilbudsgiver.

KKE ÆNDRES af tilbudsgiver

KKE ÆNDRES af tilbudsgiver

[KKE ÆNDRES af tilbudsgiver

e Delaftale X"

ørges i dette udbud.

Ordregivers angivne kravspecifikationer.

i hver budlinje. Det er afgørende for korrekt
amme enhedstype (f.eks. kilo/liter/stk. mv.)

af tilbudsgiver.

af tilbudsgiver.

af tilbudsgiver.

af tilbudsgiver.

ation af produkter og MÅ IKKE ÆNDRES
SE i form af priser og produktoplysninger n
e krav).

blive evalueret på de tilbudte priser, som d
f.eks. pga. misforståelser omkring enhedsa

udet. Nedenfor vil du se en uddybende forklaring på

ifikke instruktioner for hvert der fremgår nedenfor.

Excel-ark.

ernes rækker og kolonner, ligesom al informationstekst fra

: har spørgsmål til tilbudet.

ryds. Manglende opfyldelse heraf vil føre til udelukkelse fra tildelingsprocessen.

opfyldelse heraf vil føre til udelukkelse fra tildelingsprocessen.

accepteret.

t udfyldelse af kolonnen "Antal enheder pr. pakning" (og dermed også de) som kommunen har specificeret på den pågældende bud-linje.

3 af tilbudsgiver.

nv. Alle kolonner (bortset fra "Kommentarer/øvrige varenumre

derfor har væsentlig betydning for beslutningen om leverandørvalg jævnfør ngivelser eller lignende.

KomUdbud, udbud af Genbrugshjælpemidler - delaft

Udfyld først de gule celler i nedenstående skema, så KomUdbud kan kontakte den relevante person, hvis

Firma/Navn	Kontaktperson Fornavn	Kontaktperson Efternavn	Adresse

ale 4 - sejl

der er spørgsmål til tilbudsgivers tilbudsbesvarelse:

Postnummer	By	Telefon	Email

KomUdbud, udbud af Genbrugshjælpemidler - delaftale 4 - sejl

Krav til tilbud

Læs venligst fanebladet "Vejledning" for dette ark med krav til tilbud udfyldes

Kontraktudkast	Accepteres sæt kryds
Tilbudsgiver erklærer, at have gennemlæst og forstået Bilag 1 Rammeaftale og accepterer samtidig alle de opstillede betingelser for eventuelt fremtidigt samarbejde i omtalte kontraktudkast.	x
Tilbudsgiver erklærer, at have gennemlæst og forstået Bilag D - Databehandlersaftale og accepterer samtidig alle de beskrevne krav i omtalte databehandlersaftale.	x

Delaftale 1a. Sejl, standard uden hovedstøtte og med delte benstroppe

Delaftale 1b. Sejl, standard uden hovedstøtte og med delte benstroppe - åndbart materiale

Delaftale 1c. Sejl, standard uden hovedstøtte og uden delte benstroppe (Blive i kørestol)

Delaftale 1d. Sejl, højt, med hovedstøtte og med delte benstroppe

Delaftale 1e. Sejl, højt, med hovedstøtte og med delte benstroppe - åndbart materiale

Delaftale 1f. Sejl, højt, med hovedstøtte og uden delte benstroppe (Blive i kørestol)

Delaftale 1g. Sejl, højt, i netmateriale til brug ved bad

Delaftale 1h. Sejl, toiletsejl, uden hovedstøtte og med delte benstroppe

Delaftale 1i. Sejl, amputation, standard uden hovedstøtte og med delte benstroppe

Delaftale 1a. Sejl, standard uden hovedstøtte og med delte benstroppe

Basiskonfiguration

Sejlet skal kunne benyttes til liftning af borgere der har nedsat kropsstabilitet og fuld hovedkontrol.

Kravområde	Krav-type	Krav	Evaluerings	Leverandøren bedes udfylde nedestående gule felter - Sæt X ved opfyldelse af kravet
Brugervægt	MK	Den maksimale tilladte brugervægt skal være minimum 200 kg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Størrelser	MK	Størrelser dækkende ekstra small til XXX large.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Indstilling	MK	Indstillingsmulighed til at justere længde på stroppe – gerne farveindikeret	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Stoffet på rygdelen - og polstringen på bendelen skal være af glat materiale, der kan glide på sig selv, så det kan foldes i alle planer. Stoffet må ikke være for stift, og skal holde formen efter vask. Påsyninger skal være med flade syninger.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlene skal kunne bruges til lift med 2-pkt., 3-pkt., og 4-pkt. åg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Alle sejl skal kunne kombineres med alle lifte uanet fabrikant	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Tilbehør				
Forlængerstroppe		Skal kunne leveres	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Standarder, mærkning og garantier				
Standarder	MK	Gældende DS/EN ISO 10535 Personløftere til flytning af handicappede personer, eller den til enhver tid revideret version (ny på vej i 2021) eller tilsvarende.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Mærkning	MK	Skal være mærket med HMI nummer.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning på sejl, der angiver størrelse	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Tydelig vaskeanvisning skal være påtrykt sejlet	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning af sejl må ikke forsvinde efter vask	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Vaskekrav	MK	Sejlet skal kunne tåle maskinvask ved 80 gr. og tørretumbling.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Øvrige krav				
Komfort for borger	K1	Det er et krav, at produktet er komfortabelt for borger.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne) Der vil blive vurderet på følgende: · Er der god siddestøtte? · Bliver borger klemt i sejlet? · Er der generende syninger på sejlet? · Er kantbåndene generende?	
Betjeningsvenlighed for hjælper	K1	Det er et krav, at produktet er betjeningsvenligt.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). Der vil blive vurderet på følgende: · Hvor let sejlet er at arbejde med. · Mulighed for egnet siddestilling, så det letter arbejdet for hjælper i fht. placering af borger i kørestol.	
Priser				

Produkter	MK	Det er et mindstekrav at tilbudsgiver angiver prisen for produktet og tilbehør.	
-----------	----	---	--

Materiale der skal leveres til afprøvning			
Sejl	MK	Der skal i perioden for afprøvningen, jf. udbudsbetingelserne leveres: <ul style="list-style-type: none"> • 1 stk. sejl i str. M • Datablade 	

Delaftale 1b. Sejl, standard uden hovedstøtte og med delte benstroppe - åndbart materiale

Basiskonfiguration

Sejlet skal kunne benyttes til lifning af borgere der har nedsat kropsstabilitet og fuld hovedkontrol.

Kravområde	Krav-type	Krav	Evaluerings	Leverandøren bedes udfylde nedstående gule felter - Sæt X ved opfyldelse af kravet
Brugervægt	MK	Den maksimale tilladte brugervægt skal være minimum 200 kg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Størrelser	MK	Størrelser dækkende ekstra small til XXX large.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Indstilling	MK	Indstillingsmulighed til at justere længde på stroppe – gerne farveindikeret	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlet skal være åndbart	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Eventuel polstring i benstroppe skal være fastsyet.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlene skal kunne bruges til lift med 2-pkt., 3-pkt., og 4-pkt. åg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Alle sejl skal kunne kombineres med alle lifte uanet fabrikant	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x

Tilbehør				
Forlængerstroppe		Skal kunne leveres	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x

Standarder, mærkning og garantier				
Standarder	MK	Gældende DS/EN ISO 10535 Personløftere til flytning af handicappede personer, eller den til enhver tid reviderede version (ny på vej i 2021) eller tilsvarende.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Mærkning	MK	Skal være mærket med HMI nummer.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning på sejl, der angiver størrelse	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Tydelig vaskeanvisning skal være påtrykt sejlet	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning af sejl må ikke forsvinde efter vask	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Vaskekrav	MK	Sejlet skal kunne tåle maskinvask ved 80 gr. og tørretumbling.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x

Øvrige krav				
Komfort for borger	K1	Det er et krav, at produktet er komfortabelt for borger.	<p>Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne)</p> <p>Der vil blive vurderet på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Er der god siddestøtte? · Bliver borger klemt i sejlet? · Er der generende syninger på sejlet? · Er kantbåndene generende? 	
Betjeningsvenlighed for hjælper	K1	Det er et krav, at produktet er betjeningsvenligt.	<p>Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne).</p> <p>Der vil blive vurderet på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Hvor let sejlet er at arbejde med. · Mulighed for egnet siddestilling, så det letter arbejdet for hjælper i fht. placering af borger i kørestol. 	

Priser				
Produkter	MK	Det er et mindstekrav at tilbudsgiver angiver prisen for produktet og tilbehør.		

Materiale der skal leveres til afprøvning			
Sejl	MK	Der skal i perioden for afprøvningen, jf. udbudsbetingelserne leveres: <ul style="list-style-type: none"> • 1 stk. sejl i str. M • Datablade 	

Delaftale 1c. Sejl, standard uden hovedstøtte og uden delte benstroppe (blive i kørestol)

Basiskonfiguration

Sejlet skal kunne benyttes til lifning af borgere der har nedsat kropsstabilitet og fuld hovedkontrol.
Sejlet skal kunne blive liggende i kørestolen, og skal kunne ligge ovenpå trykafastende puder, uden at effekten af puderne forringes væsentligt.

Kravområde	Krav-type	Krav	Evaluerings	Leverandøren bedes udfylde nedstående gule felter - Sæt X ved opfyldelse af kravet
Brugervægt	MK	Den maksimale tilladte brugervægt skal være minimum 200 kg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x

Størrelser	MK	Størrelser dækkende ekstra small til XXX large.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Indstilling	MK	Indstillingsmulighed til at justere længde på stropper – gerne farveindikeret	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlet skal være åndbart	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlene skal kunne bruges til lift med 2-pkt., 3-pkt., og 4-pkt. åg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Alle sejl skal kunne kombineres med alle lifte uanet fabrikant	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Tilbehør				
Forlængerstropper		Skal kunne leveres	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Standarder, mærkning og garantier				
Standarder	MK	Gældende DS/EN ISO 10535 Personloftere til flytning af handicappede personer, eller den til enhver tid revideret version (ny på vej i 2021) eller tilsvarende.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Mærkning	MK	Skal være mærket med HMI nummer.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning på sejl, der angiver størrelse	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Tydelig vaskeanvisning skal være påtrykt sejlet	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning af sejl må ikke forsvinde efter vask	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Vaskekrav	MK	Sejlet skal kunne tåle maskinvask ved 80 gr. og tørretumbling.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Øvrige krav				
Komfort for borger	K1	Det er et krav, at produktet er komfortabelt for borger.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne) Der vil blive vurderet på følgende: · Er der god siddestøtte? · Bliver borger klemt i sejlet? · Er der generende syninger på sejlet? · Er kantbåndene generende?	
Betjeningsvenlighed for hjælper	K1	Det er et krav, at produktet er betjeningsvenligt.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). Der vil blive vurderet på følgende: · Hvor let sejlet er at arbejde med. · Mulighed for egnet siddestilling, så det letter arbejdet for hjælper i fht. placering af borger i kørestol.	
Priser				
Produkter	MK	Det er et mindstekrav at tilbudsgiver angiver prisen for produktet og tilbehør.		

Materiale der skal leveres til afprøvning				
Sejl	MK	Der skal i perioden for afprøvningen, jf. udbudsbetingelserne leveres: • 1 stk. sejl i str. M • Datablade		

Delaftale 1d. Sejl, højt, med hovedstøtte og med delte benstropper				
Basiskonfiguration				
Sejlet skal kunne benyttes til liftning af borgere der har nedsat kropsstabilitet og begrænset hovedkontrol. Sejlet skal også kunne bruges til liftning af borgere som skal op fra gulv.				
Kravområde	Krav-type	Krav	Evaluerings	Leverandøren bedes udfylde nedstående gule felter - Sæt X ved opfyldelse af kravet
Brugervægt	MK	Den maksimale tilladte brugervægt skal være minimum 200 kg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Størrelser	MK	Størrelser dækkende ekstra small til XXX large.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Indstilling	MK	Indstillingsmulighed til at justere længde på stropper – gerne farveindikeret	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Stoffet på rygdelen - og polstringen på bendelen skal være af glat materiale, der kan glide på sig selv, så det kan foldes i alle planer. Stoffet må ikke være for stift, og skal holde formen efter vask. Påsyninger skal være med flade syninger.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlene skal kunne bruges til lift med 2-pkt., 3-pkt., og 4-pkt. åg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Alle sejl skal kunne kombineres med alle lifte uanet fabrikant	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Tilbehør				
Forlængerstropper		Skal kunne leveres	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Standarder, mærkning og garantier				
Standarder	MK	Gældende DS/EN ISO 10535 Personloftere til flytning af handicappede personer, eller den til enhver tid revideret version (ny på vej i 2021) eller tilsvarende.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x

Mærkning	MK	Skal være mærket med HMI nummer.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning på sejl, der angiver størrelse	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Tydelig vaskeanvisning skal være påtrykt sejlet	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning af sejl må ikke forsvinde efter vask	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Vaskekrav	MK	Sejlet skal kunne tåle maskinvask ved 80 gr. og tørretumbling.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x

Øvrige krav

Komfort for borger	K1	Det er et krav, at produktet er komfortabelt for borger.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne) Der vil blive vurderet på følgende: · Er der god siddestøtte? · Bliver borger klemt i sejlet? · Er der generende syninger på sejlet? · Er afstivere generende? · Er kantbåndene generende?	
Betjeningsvenlighed for hjælper	K1	Det er et krav, at produktet er betjeningsvenligt.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). Der vil blive vurderet på følgende: · Hvor let sejlet er at arbejde med. · Mulighed for egnet siddestilling, så det letter arbejdet for hjælper i fht. placering af borger i kørestol.	
Vask af sejl	K2	Det er et krav, at produktet efter vask ikke har ændret sig væsentligt	Afprøves og vurderes af 3 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). - Hvordan ser mærkningen ud efter vask - Hvordan ser kanterne ud efter vask - Hvordan er syningerne - f.eks. trækker det - Er der skævhed - Er der skarpe forstærkninger, som kan odelægge stoffet - Størrelse i forhold til sejl, der ikke har været vasket - Hvis der er indlæg i - hvordan er det efter vask - Er der sket noget med farven	

Priser

Produkter	MK	Det er et mindstekrav at tilbudsgiver angiver prisen for produktet og tilbehør.		
-----------	----	---	--	--

Materiale der skal leveres til afprøvning

Sejl	MK	Der skal i perioden for afprøvningen, jf. udbudsbetingelserne leveres: • 2 stk. sejl i str. M - det ene vil blive vasket • Datablade		
------	----	--	--	--

Delaftale 1e. Sejl, højt, med hovedstøtte og med delte benstropper - åndbart materiale Basiskonfiguration

Sejlet skal kunne benyttes til liftning af borgere der har nedsat kropsstabilitet og begrænset hovedkontrol.

Kravområde	Krav-type	Krav	Evaluerings	Leverandøren bedes udfylde nedstående gule felter - Sæt X ved opfyldelse af kravet
Brugervægt	MK	Den maksimale tilladte brugervægt skal være minimum 200 kg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Størrelser	MK	Størrelser dækkende ekstra small til XXX large.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Indstilling	MK	Indstillingsmulighed til at justere længde på stropper – gerne farveindikeret	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Eventuel polstring i benstropper skal være fastsyet.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlet skal være åndbart	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlene skal kunne bruges til lift med 2-pkt., 3-pkt., og 4-pkt. åg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Alle sejl skal kunne kombineres med alle lifte uanet fabrikant	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x

Tilbehør

Forlængerstropper		Skal kunne leveres	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
-------------------	--	--------------------	---	---

Standarder, mærkning og garantier

Standarder	MK	Gældende DS/EN ISO 10535: 2007, Personløftere til flytning af handicappede personer - eller seneste reviderede udgave i form af den nye revidering der er på vej. – krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Mærkning	MK	Skal være mærket med HMI nummer.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning på sejl, der angiver størrelse	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x

		Tydelig vaskeanvisning skal være påtrykt sejlet	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning af sejl må ikke forsvinde efter vask	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Vaskekrav	MK	Sejlet skal kunne tåle maskinvask ved 80 gr. og tørretumbling.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Øvrige krav				
Komfort for borger	K2	Det er et krav, at produktet er komfortabelt for borger.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne) Der vil blive vurderet på følgende: · Er der god siddestøtte? · Bliver borger klemt i sejlet? · Er der generende syninger på sejlet? · Er kantbåndene generende?	
Betjeningsvenlighed for hjælper	K2	Det er et krav, at produktet er betjeningsvenligt.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). Der vil blive vurderet på følgende: · Hvor let sejlet er at arbejde med. · Mulighed for egnet siddestilling, så det letter arbejdet for hjælper i fht. placering af borger i kørestol.	
Vask af sejl	K2	Det er et krav, at produktet efter vask ikke har ændret sig væsentligt	Afprøves og vurderes af 3 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). - Hvordan ser mærkningen ud efter vask - Hvordan ser kanterne ud efter vask - Hvordan er syningerne - f.eks. trækker det - Er der skævhed - Er der skarpe forstærkninger, som kan ødelægge stoffet - Størrelse i forhold til sejl, der ikke har været vasket - Hvis der er indlæg i - hvordan er det efter vask - Er der sket noget med farven	
Priser				
Produkter	MK	Det er et mindstekrav at tilbudsgiver angiver prisen for produktet og tilbehør.		

Materiale der skal leveres til afprøvning

Sejl	MK	Der skal i perioden for afprøvningen, jf. udbudsbetingelserne leveres: • 2 stk. sejl i str. M - det ene vil blive vasket • Datablade		
------	----	--	--	--

Delaftale 1f. Sejl, højt, med hovedstøtte og uden delte benstropper (blive i kørestol)

Basiskonfiguration

Sejlet skal kunne benyttes til lifning af borgere der har nedsat kropsstabilitet og begrænset hovedkontrol.

Sejlet skal kunne blive liggende i kørestolen, og skal kunne ligge ovenpå trykafastende puder, uden at effekten af puderne forringes væsentligt.

Kravområde	Krav-type	Krav	Evaluerings	Leverandøren bedes udfylde nedestående gule felter - Sæt X ved opfyldelse af kravet
Brugervægt	MK	Den maksimale tilladte brugervægt skal være minimum 200 kg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Størrelser	MK	Størrelser dækkende ekstra small til XXX large.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Indstilling	MK	Indstillingsmulighed til at justere længde på stropper – gerne farveindikeret	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlet skal være åndbart	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlene skal kunne bruges til lift med 2-pkt., 3-pkt., og 4-pkt. åg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Alle sejl skal kunne kombineres med alle lifte uanet fabrikant	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Tilbehør				
Forlængerstropper		Skal kunne leveres	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Standarder, mærkning og garantier				
Standarder	MK	Gældende DS/EN ISO 10535 Personløftere til flytning af handicappede personer, eller den til enhver tid reviderede version (ny på vej i 2021) eller tilsvarende.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Mærkning	MK	Skal være mærket med HMI nummer.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning på sejl, der angiver størrelse	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Tydelig vaskeanvisning skal være påtrykt sejlet	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning af sejl må ikke forsvinde efter vask	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Vaskekrav	MK	Sejlet skal kunne tåle maskinvask ved 80 gr. og tørretumbling.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Øvrige krav				
Komfort for borger	K1	Det er et krav, at produktet er komfortabelt for borger.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne) Der vil blive vurderet på følgende: · Er der god siddestøtte? · Bliver borger klemt i sejlet? · Er der generende syninger på sejlet? · Er kantbåndene generende?	
Betjeningsvenlighed for hjælper	K1	Det er et krav, at produktet er betjeningsvenligt.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). Der vil blive vurderet på følgende: · Hvor let sejlet er at arbejde med. · Mulighed for egnet siddestilling, så det letter arbejdet for hjælper i fht. placering af borger i kørestol.	

Vask af sejl	K2	Det er et krav, at produktet efter vask ikke har ændret sig væsentligt	Afprøves og vurderes af 3 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). - Torrehurtigt Hvordan ser mærkningen ud efter vask - Hvordan ser kanterne ud efter vask - Hvordan er syningerne - f.eks. trækker det - Er der skævhed - Er der skarpe forstærkninger, som kan ødelægge stoffet - Størrelse i forhold til sejl, der ikke har været vasket - Hvis der er indlæg i - hvordan er det efter vask - Er der sket noget med farven
--------------	----	--	--

Tørre hurtigt

Produkter	MK	Det er et mindstekrav at tilbudsgiver angiver prisen for produktet og tilbehør.	
-----------	----	---	--

Materiale der skal leveres til afprøvning

Sejl	MK	Der skal i perioden for afprøvningen, jf. udbudsbetingelserne leveres: • 2 stk. sejl i str. M - det ene vil blive vasket • Datablade
------	----	--

Delaf tale 1g. Sejl, højt, i netmateriale til brug ved bad

Basiskonfiguration

Sejlet skal kunne benyttes til lifning af borgere der har nedsat kropsstabilitet og begrænset hovedkontrol.

Kravområde	Krav-type	Krav	Evaluerings	Leverandøren bedes udfylde nedstående gule felter - Sæt X ved opfyldelse af kravet
Brugervægt	MK	Den maksimale tilladte brugervægt skal være minimum 200 kg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Størrelser	MK	Størrelser dækkende ekstra small til XXX large.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Indstilling	MK	Indstillingsmulighed til at justere længde på stropper – gerne farveindikeret	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Eventuel polstring i benstropper skal være fastsyet.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlet skal kunne benyttes i badesituationer og derfor være af et materiale, der tørret hurtigt	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlene skal kunne bruges til lift med 2-pkt., 3-pkt., og 4-pkt. åg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Alle sejl skal kunne kombineres med alle lifte uanet fabrikant	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x

Tilbehør

Førlængerstropper		Skal kunne leveres	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
-------------------	--	--------------------	---	---

Standarder, mærkning og garantier

Standarder	MK	Gældende DS/EN ISO 10535 Personløftere til flytning af handicappede personer ,eller den til enhver tid revideret version (ny på vej i 2021) eller tilsvarende.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Mærkning	MK	Skal være mærket med HMI nummer.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning på sejl, der angiver størrelse	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Tydelig vaskeanvisning skal være påtrykt sejlet	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning af sejl må ikke forsvinde efter vask	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Vaskekrav	MK	Sejlet skal kunne tåle maskinvask ved 80 gr. og tørretumbling.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x

Øvrige krav

Komfort for borger	K2	Det er et krav, at produktet er komfortabelt for borger.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne) Der vil blive vurderet på følgende: · Er der god siddestøtte? · Bliver borger klemt i sejlet? · Er der generende syninger på sejlet? -Er kantbåndene generende?
Betjeningsvenlighed for hjælper	K2	Det er et krav, at produktet er betjeningsvenligt.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). Der vil blive vurderet på følgende: · Hvor let sejlet er at arbejde med. -Mulighed for god siddestilling, så det letter arbejdet for hjælper i fht. placering af borger på badestol.
Vask af sejl	K2	Det er et krav, at produktet efter vask ikke har ændret sig væsentligt	Afprøves og vurderes af 3 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). - Hvordan ser mærkningen ud efter vask - Hvordan ser kanterne ud efter vask - Hvordan er syningerne - f.eks. trækker det - Er der skævhed - Er der skarpe forstærkninger, som kan ødelægge stoffet - Størrelse i forhold til sejl, der ikke har været vasket - Hvis der er indlæg i - hvordan er det efter vask - Er der sket noget med farven

Priser

Produkter	MK	Det er et mindstekrav at tilbudsgiver angiver prisen for produktet og tilbehør.	
-----------	----	---	--

Materiale der skal leveres til afprøvning

Sejl	MK	Der skal i perioden for afprøvningen, jf. udbudsbetingelserne leveres: • 2 stk. sejl i str. M - det ene vil blive vasket • Datablade
------	----	--

Delaf tale 1h. Sejl, toiletsejl, uden hovedstøtte og med delte benstropper

Basiskonfiguration

Sejlet skal kunne benyttes til lifning af borgere i forbindelse med toiletbesøg. Sejlet skal give mulighed for af- og påklædning af benklæder.

Kravområde	Krav-type	Krav	Evaluerings	Leverandøren bedes udfylde nedstående gule felter - Sæt X ved opfyldelse af kravet
Brugervægt	MK	Den maksimale tilladte brugervægt skal være minimum 200 kg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x

Størrelser	MK	Størrelser dækkende ekstra small til XXX large.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Indstilling	MK	Indstillingsmulighed til at justere længde på stropper – gerne farveindikeret	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlene skal kunne bruges til lift med 2-pkt., 3-pkt., og 4-pkt. åg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Alle sejl skal kunne kombineres med alle lifte uanet fabrikant	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Diverse	MK	Justerbart bælte / stropper til at støtte omkring kroppen	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Tilbehør				
Forlængerstropper		Skal kunne leveres	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Standarder, mærkning og garantier				
Standarder	MK	Gældende DS/EN ISO 10535 Personloftere til flytning af handicappede personer, eller den til enhver tid reviderede version (ny på vej i 2021) eller tilsvarende.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Mærkning	MK	Skal være mærket med HMI nummer.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning på sejl, der angiver størrelse.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Tydelig vaskeanvisning skal være påtrykt sejlet	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning af sejl må ikke forsvinde efter vask	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Vaskekrav	MK	Sejlet skal kunne tåle maskinvask ved 80 gr. og tørretumbling.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Øvrige krav				
Komfort for borger	K1	Det er et krav, at produktet er komfortabelt for borger.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne) Der vil blive vurderet på følgende: · Er der god siddestøtte? · Bliver borger klemt i sejlet? · Er der generende syninger på sejlet? -Er kantbåndene generende?	
Betjeningsvenlighed for hjælper	K1	Det er et krav, at produktet er betjeningsvenligt.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). Der vil blive vurderet på følgende: · Hvor let sejlet er at arbejde med. · Mulighed for god siddestilling, så det letter arbejdet for hjælper i fht. placering af borger på badestol.	
Priser				
Produkter	MK	Det er et mindstekrav at tilbudsgiver angiver prisen for produktet og tilbehør.		

Materiale der skal leveres til afprøvning

Sejl	MK	Der skal i perioden for afprøvningen, jf. udbudsbetingelserne leveres: • 1 stk. sejl i str. M • Datablade		
------	----	---	--	--

Delaftale 1i. Sejl, amputation, standard uden hovedstøtte og med delte benstropper

Basiskonfiguration

Sejlet skal kunne benyttes til lifning af borgere der er enkelt eller dobbelt benamputeret.

Kravområde	Krav-type	Krav	Evaluerings	Leverandøren bedes udfylde nedstående gule felter - Sæt X ved opfyldelse af kravet
Brugervægt	MK	Den maksimale tilladte brugervægt skal være minimum 200 kg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Størrelser	MK	Størrelser dækkende ekstra small til XXX large.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Indstilling	MK	Indstillingsmulighed til at justere længde på stropper – gerne farveindikeret	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Stoffet på rygdelen - og polstringen på bendelen skal være af glat materiale, der kan glide på sig selv, så det kan foldes i alle planer. Stoffet må ikke være for stift, og skal holde formen efter vask. Påsyninger skal være med flade syninger.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Sejlene skal kunne bruges til lift med 2-pkt., 3-pkt., og 4-pkt. åg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Egenskaber	MK	Alle sejl skal kunne kombineres med alle lifte uanet fabrikant	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Tilbehør				
Forlængerstropper		Skal kunne leveres	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Standarder, mærkning og garantier				

Standarder	MK	Gældende DS/EN ISO 10535 Personloftere til flytning af handicappede personer, eller den til enhver tid revideret version (ny på vej i 2021) eller tilsvarende.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Mærkning	MK	Skal være mærket med HMI nummer.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning på sejl, der angiver størrelse	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Tydelig vaskeanvisning skal være påtrykt sejlet	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
		Mærkning af sejl må ikke forsvinde efter vask	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Vaskekrav	MK	Sejlet skal kunne tåle maskinvask ved 80 gr. og tørretumbling.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver.	x
Øvrige krav				
Komfort for borger	K2	Det er et krav, at produktet er komfortabelt for borger.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne) Der vil blive vurderet på følgende: · Er der god siddestøtte? · Bliver borger klemt i sejlet? · Er der generende syninger på sejlet? -Er kantbåndene generende?	
Betjeningsvenlighed for hjælper	K2	Det er et krav, at produktet er betjeningsvenligt.	Afprøves og vurderes af 2 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne). Der vil blive vurderet på følgende: · Hvor let sejlet er at arbejde med. -Mulighed for god siddestilling, så det letter arbejdet for hjælper i fht. placering af borger på badestol.	
Priser				
Produkter	MK	Det er et mindstekrav at tilbudsgiver angiver prisen for produktet og tilbehør.		
Materiale der skal leveres til afprøvning				
Sejl	MK	Der skal i perioden for afprøvningen, jf. udbudsbetingelserne leveres: • 1 stk. sejl i str. M • Datablade		

