

## Udbudsbilag 1 - Kravspecifikation og tilbudsbesvarelse

# KomUdbud, udbud af Genbrugshjælpemidler - delaftale

### Vejledning

Denne vejledning er en guide til hvordan du skal som tilbudsgiver skal udfylde de forskellige far

#### Generelle instruktioner

Tilbudsgiver skal udfylde alle ark i dette dokument.

De relevante celler er fremhævet med farver, jf. de specifikke instruktioner for hvert ark, der frer

Tilbudsgivers tilbud skal afgives på baggrund af de krav og retningslinjer mv., som er beskrevet

Tilbudsgiver må ikke ændre i opsætning, formatering, layout mv. i de forskellige ark. Der må ek



De udfyldte ark skal fremsendes til KomUdbud via Ethics.

---

### Specifikke instruktioner vedr. arket "1. Kontaktinformation"

I dette ark udfylder tilbudsgiver kontaktinformationer i de gule felter i skemaet, så Ordregiver ve

#### Cellefarves betydning:








	Celler med denne farve skal indeholde informative overskrifter og må ikke ændres af
	Celler med denne farve skal udfyldes af tilbudsgiver med de korrekte informationer

---

### Specifikke instruktioner vedr. arket "2. Kravspec - delaftale 1"

Tilbudsgiver skal aktivt dokumentere, at alle produktspecifikke mindstekrav (MK) er opfyldt ved

#### Cellefarvens betydning:

	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og må ikke ændres af tilbu
	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og må ikke ændres af tilbu
	Celler med denne farve indeholder information og beskrivelse af krav og må ikke ænd
	Celler med denne farve skal udfyldes af tilbudsgiver ved afkrydsning
	Celler med denne farve skal udfyldes af tilbudsgiver ved valg af svar i rulleliste
	Celler med denne farve indeholder oplysninger om vareprøver til afprøvning og må ik
	Celler med denne farve indikerer, at der ikke skal udfyldes svar for kravet

---

### Specifikke instruktioner vedr. arket "3. Tilbudsliste - delaftale 1"

Tilbudsgivers tilbudsbesvarelse består i at tilbyde nettopriser på udvalgte produkter, som eftersp






Budlinjerne afspejler Ordregivers købte produkter indenfor den udbudte varegruppe.

Hvis tilbudsgivers produkt ikke kan indeholdes i de produktbeskrivelser og budlinjer, som fremgik af tilbudslisten, kan tilbudsgiver tilføje yderligere budlinjer. Tilbudsgiver bedes i så fald markere disse linjer med et kryds, og at udfyldelsen af tilbudslisten ikke efterlader tvivl herom. Tilbudsgiver opfordres derfor altid

Alle tilbudte produkter skal leve op til kravspecifikationen, idet tilbuddet ellers betragtes som **ukorrekt**. Tilbudsgiver skal byde ind på alle produkter på tilbudslisten, med mindre den pågældende linje i tilbudslisten er markeret som **ikke relevant**.

Det er især vigtigt at være opmærksom på enhedsangivelsen, som kommunen har specificeret på tilbudslisten (f.eks. pr. stk. eller pr. m<sup>2</sup>), at tilbudsgiver angiver indholdet pr. pakning i netop så

#### **Cellefarvens betydning:**

	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og må ikke ændres af tilbudsgiver.
	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og må ikke ændres af tilbudsgiver.
	Celler med denne farve indeholder informative overskrifter og må ikke ændres af tilbudsgiver.
	Celler med denne farve indeholder eksempler, beregninger, information samt specifikke oplysninger.
	Celler med denne farve skal udfyldes med fuld besvarelse.

Det er vigtigt, at tilbudsgiver afgiver grundig besvarelse af tilbudspriserne. Hver tilbudsgiver vil blive bedt om at angive tilbudspriserne for alle produkter på tilbudslisten. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at der ikke angives fejlagtige tilbudspriser, fx på grund af misforståelser.

## **ale 1 - Personløfter (loftlift)**

ner korrekt.

mgår nedenfor.

i udbudsmaterialet.

.sempelvis ikke tilføjes eller fjernes rækker og kolonner, ligesom al information fra Ordregiver m

---

ød, hvem de skal kontakte i relation til vareprøverne.

tilbudsgiver

---

d at sætte kryds.

udsgiver.

udsgiver.

drer af tilbudsgiver.

ikke ændres af tilbudsgiver

---

ørges i dette udbud.

blive evalueret på de tilbudte priser, som derfor har væsentlig betydning for beslutningen om køb af de pågældende varer. En sådan vurdering af betydningen af prisforskellene kan kun foretages på grundlag af oplysninger om de pågældende varers isforståelser omkring enhedsangivelser eller lignende.

ed blå eller grå farvemarkering ikke må redigeres.

---

---

---

at i budlinjen, eller fordi et angivet komponent er erstattet af et andet i tilbudsgivers løsning -  
vers ansvar at sikre, at produktet fortsat opfylder kravspecifikationen,  
idslisten.

(og dermed også de  
bud-linje.

everandørvalg, jf. tildelingskriterierne.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



































---



---

# KomUdbud, udbud af Genbrugshjælpemidler - delaftale 1

Udfyld de gule celler i nedenstående skema, på de personer, som afleverer og afhenter vareprøver.

Ved aflevering af vareprøver

Firma	Fornavn	Efternavn	Tlf nr og mail

Ved afhentning af vareprøver

Firma	Fornavn	Efternavn	Tlf nr og mail

## **1 - Personløfter (loftlift)**

























# KomUdbud, udbud af Genbrugshjælpemidler - delaftale 1 - Personløfter (loftlift)

Delaftale 1. Stationær personløfter , "loftlift"				
Basiskonfiguration				
En stationær personløfter beregnet til forflytning af person f.eks. til/fra seng, stol, toilet, kørestol samt fra gulv. Med motoriseret løftmekanisme og manuel fremføring langs skinnerne (travers-bevægelsen).				
Løfteenheden består af en løftemotor, løftebånd med løfteåg eller løftestropper samt håndbetjening og strømforsyning. Fritstående skinnerystem og skinnerystem med mulighed for montering i væg/loft.				
Kravområde	Krav-type	Krav	Evaluerig	Leverandøren bedes udfylde nedestående gule felter - Sæt X ved opfyldelse af kravet/vælg fra liste, hvor relevant
Løbekat/løfteenhed	MK	Skal kunne anvendes i gængse skinnerystemer i DK Løfteåg/løftestropper skal køre ned/op (ikke løfteenheden) Løbekat/løfteenhed skal kunne demonteres uden nedtagning af skinnerystemet, gælder kun fastmonteret. Løbekat/løfteenhed skal være mærket med IPx-klasse 4 eller over. Løfteenheden skal kunne bruges sammen med runddækkende skinnerystem og enkelt skinnerystem.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Skinnerystem	MK	Fritstående: Benene skal være trinløs højdejusterbare	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Fritstående enkeltskinnerystem 3 meter	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Fritstående runddækkende system 3 x 3 meter	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Fritstående enkeltskinnerystem 3 meter	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Monteret runddækkende skinnerystem på op til 16 m2 rum.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Monteret runddækkende skinnerystem fra over 16 m2 til 20 m2 rum.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Opmåling af skinnerystem skal være inkluderet i prisen	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Monteret enkeltskinnerystem	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Opladning	MK	Markering på produktet af hvor og hvordan opladning foretages.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Der skal være lys eller lydsignal, når der er behov for opladning, når batteriet lades, og når det er fuldt opladet	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Batteri skal kunne udskiftes separat.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Brugervægt	MK	Den maksimale tilladte brugervægt skal være minimum 200 kg.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Håndbetjeningen	MK	Håndbetjeningen skal kunne holdes i og betjenes med samme hånd "Parkeringsmulighed" under arbejde med borgeren (skal kunne sættes et sted. Skal kunne anvendes af borgeren selv.. Skal let kunne udskiftes.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver. Efterprøves ved afprøvning	Sæt x ved accept
	MK	Håndbetjeningen skal kunne betjenes lige godt med højre og venstre hånd.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	K1	Skal være enkel og tydeligt mærket med trykknappernes funktion.	Afprøves og vurderes af 3 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne)	
Nødstop	MK	Der skal være nødstop, og det skal være tydeligt afmærket. Skal kunne bruges af brugeren selv, så den skal kunne nås.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver. Efterprøves ved afprøvning	Sæt x ved accept
Nødfir	MK	Der skal være nødfir. Det skal være nemt at betjene og være tydeligt afmærket.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver. Efterprøves ved afprøvning	Sæt x ved accept
Slagfast	MK	Skinnerystemets og løfteenhedens overflader skal være slagfaste.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver. Efterprøves ved afprøvning	Sæt x ved accept
Reserve dele				
Reserve dele	MK	Håndbetjening	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Print i Motor / Styring	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Løbekat	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Montering/demontering og eftersyn				
Reserve dele	MK	Leverandøren skal acceptere at genbrugsskinner og suppleringskinner inkl. tilbehør monteres/demonteres af ordregiver	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Eftersyn	MK	Eftersyn skal kunne udføres af depotet/anden leverandør uden garantien bortfalder	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Eftersyn	MK	Evt. software eller lignende, som er nødvendig for udførelse af eftersyn, skal være inkluderet i prisen, og udleveres efter anmodning	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Tilbehør				
Løfteåg/løftebånd	MK	Løfteåg i flere bredder eller løftebånd	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Liftvægt	MK	Liftvægt der kan veje op til mindst 200	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Standarder, mærkning og garantier				
Standarder	MK	Gældende DS/EN ISO 10535: 2007, Personløftere til flytning af handicappede personer - eller seneste reviderede udgave i form af den nye revidering der er på vej.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
Mærkning	MK	Løfteenheden skal være mærket med IP-klasse.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
HMI nr	MK	Skal være mærket med HMI nr.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt X ved accept
Serienummer	MK	Skal være mærket med serienummer.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt X ved accept
Garanti	K1	Som minimum skal løftemodul og håndbetjening have en beskyttelse mod indtrængning af vand på min. IPx4.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver (Max point ved ja, og nul point ved nej)	Sæt X ved accept
	MK	Skinner og løfteenhed skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Standard sejl fra andre leverandører, skal kunne benyttes.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Opmåling af skinnerystem skal være inkluderet i prisen	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	2 års total garanti og 10 års reservedelsgaranti.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Beskrivelse af eftersynets omfang og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet vedlægges ved levering	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Beskrivelse af eftersynets omfang og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet vedlægges ved levering	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	MK	Eftersyn skal kunne udføres af depotet uden garantien bortfalder	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept

Øvrige krav				
Rengøringsvenlighed	K1	Det er et krav, at produktet skal kunne tåle almindelige rengøringsmidler og være rengøringsvenligt.	<p>Afprøves og vurderes af 3 forskellige personer (Der gives point jf. udbudsbetingelserne)</p> <p>Der vil blive vurderet på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hvor få svært tilgængelige hjørner, riller eller skruehuller produktet har, hvor der kan samle sig skidt.</li> </ul>	
Komfort for borger	K1	Det er et krav, at produktet har god komfort for borger	<p>Afprøves og vurderes af 3 forskellige personer. Testen bliver foretaget med sejl. Sejlet der vil blive anvendt vil være helsejyl uden hovedstøtte (Der gives point jf. udbudsbetingelserne)</p> <p>Der vil blive vurderet på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Er den behagelig i brug?</li> <li>· Hvor hurtig løftes borger?</li> <li>· Foregår løftet i en jævn bevægelse?</li> <li>· Lydsvagthed</li> </ul>	
Brugervenlighed	K2	Det er et krav at produktet er brugervenligt for hjælper og servicevenligt for depotmedarbejder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedtagning af løfteenhed</li> <li>- Lav vægt på enkeltdele</li> <li>- Opladningsprocedure</li> <li>- Nødfir og nødstop</li> <li>- Hvor enkelt er det at skifte betjening</li> <li>- Er der bajonetfåtninger eller er det fastgjort med bolte</li> </ul>	
Løftehøjde	MK	Nedhængshøjde, målt fra underkant af skinne til ophængspunkt for løfteåg eller løfestrop må maksimalt være 60 cm. inkl. ved brug af liftvægt.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	K1	Det er et krav, at afstanden fra underkant af skinne til ophængningspunkt for sejl er så lille som muligt.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver (20 point i intervallet fra 0-40 cm, 10 point i intervallet fra 41-50 cm, 0 point i intervallet fra 51-60 cm).	
	K1	Højdejusterbare ben på det fritstående skinneresystem	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver (Max point ved ja, og nul point ved nej)	
Tilbehør	MK	Skinner skal kunne købes enkeltvis.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver	Sæt x ved accept
	K2	Reservedele og andet tilbehør skal kunne købes enkeltvis.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver (Max point ved ja, og nul point ved nej)	
Tilbehør	K1	Skinner til fritstående kan længdeforskydes.	Dokumenteres ved afkrydsning af tilbudsgiver (Max point ved ja, og nul point ved nej)	
Materiale der skal leveres til afprøvning				
Fritstående skinneresystem og løfteenhed	MK	<p>Der skal i perioden for afprøvningen, jf. udbudsbetingelserne leveres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 stk. fritstående rumdækkende skinneresystem 3x3 m</li> <li>• 1 stk. løfteenhed</li> </ul>		

**KomUdbud, udbud af Genbrugshjælpemidler - delaftale 1 - Personløfter (loftlift)**